

LNDD	ENREGISTREMENT	Codification : E-CC-11 Version : B Date : 08/03/2006 1/1
<b>VERIFICATION DES PERFORMANCES INSTRUMENTALES EN CG/SM</b> (screening et confirmation)		

Numéro d'identification de l'appareil : **MSD 18**

Date : **21/7/06**

**1 - Source d'ionisation**

		Oui	Non
MSD	Autotune : Ion 69 ou 219 majoritaire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Autotune : Abondance de l'ion 502 > 3%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Repeller < 35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polaris	Ion time > 2 ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Observations :

**2 - Etanchéité du système**

		Oui	Non
MSD	18/69 (H2O), 28/69 (N2), 32/69 (O2), 44/69 (CO2) < 10%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Polaris	Air et eau : Intensité ion 19 < intensité ion 18	<input type="checkbox"/>

Observations :

**3 - Sensibilité**

		Oui	Non
Screening	Recal / Mix conforme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conf	TP conforme - Fichier :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TP conforme - Fichier :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TP conforme - Fichier :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TP conforme - Fichier :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*conforme avec  
EA 96.*

Observations :

Code opérateur et paraphe : **St Golatola**

*Cet enregistrement est à archiver dans le classeur C-MA-Ech de l'appareil*